

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	66897-17
Тип СИ	MarSurf PS 10
Наименование типа СИ	Приборы для измерений шероховатости поверхности
Заводской номер СИ	09674/19
Модификация СИ	MarSurf PS 10

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА")
Условный шифр знака поверки	МА
Владелец СИ	Владелец
Тип поверки	Периодическая
Дата поверки СИ	05.02.2024
Поверка действительна до	04.02.2026
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	МП 203-13-2016
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-МА/05-02-2024/314279153
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет

Средства поверки

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

[66933.17.1P.00472662; 66933-17; Меры шероховатости эталонные; ПРО-10; -; 0910; 2017; 1P; Эталон 1-го разряда; приказ Росстандарта от 06.11.2019 г. № 2657](#)

Доп. сведения

Поверка в сокращенном объеме

Нет

Прочие сведения

14e13248-ba77-4565-ba04-8a57f91696b8

Закреть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
e-mail: fgis2@rst.gov.ru